BHARAT-RAYS



BHARAT RAYS
100MA FIX

IS: 7620


Part-1

CM/L-8800172113

TECHNICAL SPECIFICATION

DESCRIPTION	BHARAT RAYS 100mA Fix
Radiography Rating	25-100mA
OUTPUT	8kW
Rectification	Full Wave Rectified
Timer	0.06 TO 5 Sec
Display Type	Digital Display
X-Ray Tube	XD-3/Imported
Power Supply	230V AC
Protection	Electronic over load protection
TUBE STAND	FIX





भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद्
विकिरण अनुप्रयोग संरक्षा प्रभाग

Government of India
Atomic Energy Regulatory Board
Radiation Applications Safety Division

केस फाइल संख्या Case File Number: UP-12407-MF-XRE-001

जारी करने की तिथि Issuance Date: 07/10/2024

दस्तावेज संख्या Document Number: 24-LICPRODEQP-1206662

समाप्ति तिथि Expiry Date: 07/10/2029

विकिरण उत्पादन करने वाले उपकरणों के व्यावसायिक उत्पादन के लिए उपयोग की जाने वाली विकिरण परीक्षण सुविधा के प्रचालन के लिए अनुज्ञप्ति

LICENCE FOR OPERATION OF RADIATION TESTING FACILITY USED FOR COMMERCIAL PRODUCTION OF RADIATION GENERATING EQUIPMENT

परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 की धारा -16 के सहत पठित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम 2004 के नियम 3 के साथ पढ़े, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद् (एईआरबी) एतद्द्वारा **Mr. AJAY CHOPRA, WAYMED YAMUNA PRIVATE LIMITED, Gautam Buddh Nagar** इसके बाद से अनुज्ञप्तिधारक के रूप में संदर्भित, को चिकित्सा नैदानिक एक्सरे उपकरण के व्यावसायिक उत्पादन हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान करता है। In exercise of the powers conferred under section 16 of the Atomic Energy Act, 1962 read in conjunction with Rule-3 of the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004; Atomic Energy Regulatory Board (AERB) hereby grants the licence in favour of **Mr. AJAY CHOPRA, WAYMED YAMUNA PRIVATE LIMITED, Gautam Buddh Nagar** hereinafter referred to as the Licensee, for commercial production of medical diagnostic x-ray equipment.

DIRECTOR, WAYMED YAMUNA PRIVATE LIMITED and Mr. AJAY CHOPRA को एतद्द्वारा परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम, 2004 में निर्दिष्ट जिम्मेदारियों को सौंपने के उद्देश्य से क्रमशः नियोजक और अनुज्ञप्तिधारी के रूप में पहचाना जाता है। The **DIRECTOR, WAYMED YAMUNA PRIVATE LIMITED and Mr. AJAY CHOPRA** are hereby identified as the employer and licensee respectively, for the purpose of assigning the responsibilities specified in the Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004.

Additional directive : The WAYMED YAMUNA PRIVATE LIMITED has outsourced testing activities at their manufacturing site to the NABL accredited agency THE ACCURATE CALIBRATION & MEDICAL SOLUTION, Jaipur for carrying out radiation testing of the x-ray equipment. This approval stands cancelled in case of NABL accreditation/AERB approval to outsourced QA agency is expired/cancelled or outsourcing agreement terminated, whichever is earlier.

नियोजक और अनुज्ञप्तिधारक उत्तरदायी हैं **The Employer and Licensee are responsible for,**

I. प्रासंगिक प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करना Ensuring compliance with the relevant provisions of the
   i. परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 Atomic Energy Act, 1962
   ii. परमाणु ऊर्जा (विकिरण संरक्षण) नियम , 2004 Atomic Energy (Radiation Protection) Rules, 2004;
   iii. एईआरबी संरक्षा कोड (एईआरबी/एससी/मेड-2), 2001, संशोधन 2012, और उसका संशोधन AERB Safety Code (AERB/SC/Med-2), 2001, Amendment 2012, and the revisions thereof
   iv. उपरोक्त कार्य के लिए एईआरबी द्वारा जारी सभी उपयुक्त संरक्षा कोडस, मार्गदर्शन और एईआरबी द्वारा समय समय पर जारी नियामक दस्तावेजों। All applicable Safety Codes, Guides issued by AERB for the above practice and regulatory documents issued by AERB from time to time.

Atomic Energy Regulatory Board, Niyamak Bhavan, Anushaktinagar, Mumbai 400094 (Maharashtra)

वेबसाइट/Website: www.aerb.gov.in

दूरभाष/Tel: 91-22-2599 3604

फैक्स/Fax: 91-22-2599 3344

WAYMED YAMUNA PVT LTD
B-47, SECTOR-6, NOIDA-201301
TOLL FREE NO.-1800-309-9729
Email - info@waymedhealth.com

